


Retinoscopio manual para refracción objetiva.
Con el retinoscopio BETA 200 se mide el poder refractivo del ojo. Permite reconocer errores de la refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Existen dos modelos de instrumentos:
El retinoscopio de mancha con haz de luz circular y el tradicional retinoscopio de franja con haz de luz en forma de franja, que facilita la determinación del poder de refracción.

HEINE ParaStop y filtro de polarización.
El retinoscopio BETA 200 con ParaStop con la más moderna óptica de corrección múltiple para un reflejo del fondo exceptionalmente claro y fácil reconocimiento del punto de neutralización. El ParaStop fue desarrollado por HEINE para ajustar de forma precisa y con facilidad el trayecto del haz paralelo. Con el ParaStop se facilita la determinación del eje cilíndrico, más rápido y más preciso que en el pasado. También el control de la corrección del cilindro después del ajuste de las gafas es más exacto y rápido.

Retinoscopio HEINE BETA® 200 con HEINE ParaStop®

Ajuste de forma precisa del trayecto del haz paralelo



[01]

- **ParaStop.** Ajuste preciso de la trayectoria del haz paralelo.
- **Forma ergonómica.** La buena cobertura de la órbita suprime la luz dispersa deslumbrante.
- **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Luz fuerte y blanca. Reflejo de fondo claro, fácil reconocimiento del punto de neutralización.
- **Retinoscopio de franja o retinoscopio de mancha.** Simplemente cambiando la lámpara.
- **Elemento de manejo de metal.** Larga vida, alta calidad.
- **Un solo elemento de manejo para vergencia y rotación lineal.** Cómodo manejo con el pulgar.
- **Hermético al polvo.** Sin mantenimiento.
- **Filtro de polarización integrado.** Elimina la luz dispersa y los reflejos internos.
- **Filtro naranja acoplable (opcional).** Reduce la irritación del paciente sin alterar el reflejo del fondo.
- **Apoyo frontal desmontable.** Comodidad y control mejorados durante el examen.
- **Soporte para tarjetas de fijación (opcional).** Para retinoscopía dinámica.

Retinoscopio de franja BETA 200	2,5 V	3,5 V
con lámpara XHL Xenón Halógena, sin mango	**C-001.15.353**	**C-002.15.353**
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	**X-001.88.087**	**X-002.88.089**
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena para cambiar a retinoscópio de mancha	**X-001.88.088**	**X-002.88.090**

Filtro acoplable de color naranja para la lámpara, para pacientes sensibles a la luz [01]	**C-000.15.359**
Tarjetas de fijación para la retinoscopía dinámica	**C-000.15.360**

- ParaStop patentado
- Elemento de manejo de metal
- Hermético al polvo
- Retinoscopio de franja **y** de mancha: Por simple cambio de la lámpara.

Información referente a mangos recargables y a pilas se encuentran en las páginas 124 – 129.

Equipos de diagnóstico oftalmológico HEINE



Equipo completo con: **Retinoscopio de franja BETA 200**
1 lámpara de recambio
estuche rígido

Equipos Retinoscopio BETA 200	2,5 V	3,5 V NiMH	3,5 V Li-ion
BETA mango a pilas	**C-034.10.118***		
BETA R mango recargable para toma de red		**C-034.20.376**	**C-034.27.376**
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		**C-034.20.384**	**C-034.27.384**
BETA NT mango recargable y cargador NT 300		**C-034.20.420**	
(L) BETA L mango recargable y cargador NT 300			**C-034.29.420**

*Se suministra también con mango X-001.99.120 indiquese p. f. en su pedido. (No cabe en los estuches rígidos.)



Equipo completo con **Oftalmoscopio BETA 200 S, Retinoscopio de franja BETA 200**
una lámpara de recambio para cada instrumento
estuche rígido

Equipos de diagnóstico BETA 200 S	2,5 V	3,5 V NiMH	3,5 V Li-ion
BETA mango a pilas	**C-262.10.118**		
BETA R mango recargable para toma de red		**C-262.20.376**	**C-262.27.376**
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		**C-262.20.384**	**C-262.27.384**
BETA NT mango recargable y cargador NT 300		**C-262.20.420**	
(L) BETA L mango recargable y cargador NT 300			**C-262.29.420**



Equipo completo con **Oftalmoscopio BETA 200, Retinoscopio de franja BETA 200**
una lámpara de recambio para cada instrumento
estuche rígido

Equipos de diagnóstico BETA 200	2,5 V	3,5 V NiMH	3,5 V Li-ion
BETA mango a pilas	**C-145.10.118**		
BETA R mango recargable para toma de red		**C-145.20.376**	**C-145.27.376**
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		**C-145.20.384**	**C-145.27.384**
BETA NT mango recargable y cargador NT 300		**C-145.20.420**	
(L) BETA L mango recargable y cargador NT 300			**C-145.29.420**

(L): Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.